

**Opis narkotesteru i kaset testujących**

Mobilne urządzenie do wykrywania narkotyków w ślinie (1 szt):

- 1) Czas analizy próbki 5 min
- 2) Czas poboru próbki śliny ok. 1 min.
- 3) Próbnik śliny posiada wskaźnik prawidłowej objętości próbki
- 4) Kolorowy wyświetlacz LCD 3,2"
- 5) Pamięć: min. 10 000 wyników
- 6) Połączenie z drukarką termiczną
- 7) Wyposażone w pozytywne i negatywne kasety kontroli jakości
- 8) Wyposażenie w czujniki sprawdzające obecność i pozycję wkładu testowego i próbnika oraz kąta nachylenia analizatora podczas przeprowadzania badania
- 9) Rozszerzone możliwości zarządzania danymi
- 10) Instrukcja i obsługa w języku polskim,
- 11) Urządzenie do użytku z jednorazowymi kasetami testującymi – w ilości 70szt.